

四小时不脱落。

3. 检验方法

3.1 外观、尺寸

3.1.1 外观

在充足光线下目测，结果应符合 2.2.1 的要求。

3.2.2 尺寸

随批抽取 20 贴合格样，按照标示规格，用精度为±1mm 的钢制直尺测量，结果应符合 2.2.2 的要求。

3.3 物理性能

3.3.1 残留物

贴在受试者的手臂内侧皮肤上，4 h 后揭去，目力检查受试者皮肤，结果应符合 2.3.1 的要求。

3.3.2 粘附力

贴于人体皮肤或织物上，4 h 后揭去，目力检查受试者皮肤，结果应符合 2.3.2 的要求。

