

# 检测报告

## Test Report

样品名称: 穴位压力刺激贴

委托单位: 湖北诺众生药业有限公司

检测类型: 委托检验

华测检测认证集团股份有限公司  
Centre Testing International Group  
Co., Ltd.  
www.cti-cert.com



验证码: MOJN

## 检测报告

报告编号: A2230529151101001C

第 2 页 共 3 页

|      |                                                                                                           |                                           |        |                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| 样品信息 | 样品名称                                                                                                      | 穴位压力刺激贴                                   |        | CTI 样品编号                              | HAP08403001 |
|      | 商标                                                                                                        | /                                         |        | 规格                                    | /           |
|      | 生产日期/限用日期                                                                                                 | 20230915/20260914                         |        | 批号                                    | 230915      |
|      | 样品数量                                                                                                      | 12 包                                      |        | 样品状态                                  | 良好          |
|      | 生产商                                                                                                       | /                                         |        |                                       |             |
|      | 生产商地址                                                                                                     | /                                         |        |                                       |             |
| 客户信息 | 委托单位                                                                                                      | 湖北诺众生药业有限公司                               |        |                                       |             |
|      | 委托单位地址                                                                                                    | 湖北省襄阳市宜城市鄢城街道经济开发区创业大道 88 号               |        |                                       |             |
| 检测信息 | 样品接收日期                                                                                                    | 2023 年 10 月 16 日                          | 样品检测日期 | 2023 年 10 月 16 日~<br>2023 年 10 月 19 日 |             |
|      | 检测项目                                                                                                      | 外观，尺寸，黏附性，残留物                             |        |                                       |             |
|      | 检测依据                                                                                                      | 产品技术要求编号:鄂襄阳械备 20230015 号《产品技术要求 穴位压力刺激贴》 |        |                                       |             |
| 检测结论 | 经检测，所检项目符合产品技术要求编号:鄂襄阳械备 20230015 号《产品技术要求 穴位压力刺激贴》要求。<br><div>（检验检测专用章）<br/>批准日期: 2023 年 10 月 19 日</div> |                                           |        |                                       |             |
| 备注   | -----                                                                                                     |                                           |        |                                       |             |

编制:

王静

审核:

田研

批准:

朱桂芳

授权签字人: 朱桂芳

华测检测认证集团股份有限公司

广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检测报告

报告编号: A2230529151101001C 第 3 页 共 3 页

检测结果:

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果                                                             | 检出限 | 标准要求                    | 结论 | 检测方法                       |
|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----|----------------------------|
| 1  | 外观   | /  | 无明显机械杂质, 边缘整齐                                                    | /   | 无明显机械杂质, 边缘应整齐          | 符合 | 产品技术要求编号: 鄂襄阳械备 20230015 号 |
| 2  | 尺寸   | /  | 符合 (标示尺寸: 9*12cm, 即 90mm*120mm, 实测尺寸: 90mm*120mm, 尺寸误差: 0mm*0mm) | /   | 按标示的规格测量, 误差应在 ±5mm 范围内 | 符合 | 产品技术要求编号: 鄂襄阳械备 20230015 号 |
| 3  | 黏附性  | /  | 四小时不脱落                                                           | /   | 四小时不脱落                  | 符合 | 产品技术要求编号: 鄂襄阳械备 20230015 号 |
| 4  | 残留物  | /  | 无残留粘性物质                                                          | /   | 应无残留粘性物质                | 符合 | 产品技术要求编号: 鄂襄阳械备 20230015 号 |

以下空白

备注: 1. 产品技术要求编号: 鄂襄阳械备 20230015 号由委托单位提供。

声明:

- 1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
- 2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
- 3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
- 4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 7 个工作日内提出, 逾期不予受理。
- 6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: [fdd.checkreport@cti-cert.com](mailto:fdd.checkreport@cti-cert.com)。
- 7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*